



ESTRUTURAÇÃO DO PROCESSAMENTO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS OFTALMOLÓGICOS NA CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Fernanda Helena Morgon¹
Maria Cristina Ferreira Quelhas
Rosane Silvestre De Castro
Lilia Moraco
Kátia Maria Rosa Vieira
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO/ UNICAMP

Resumo

Os materiais particulares da Oftalmologia eram processados pelos próprios médicos no término da cirurgia. Essa rotina se manteve por muito tempo devido a falta de estrutura física na Central de Material Esterilizado (CME). Em Novembro de 2011 foi estruturada uma área na CME para o processamento desses materiais, sob a supervisão de um enfermeiro. Padronizar a conferência, limpeza e montagem dos instrumentais oftalmológicos. Foi elaborada uma rotina para conferência e inspeção dos materiais no ato da entrega. A limpeza foi individualizada, de acordo com a especificidade dos mesmos e os materiais oftalmológicos passaram a ser processados em lavadora ultrassônica, com enxágüe em água filtrada, secagem em ar comprimido e inspecionados com uso de lupa. Com o processamento dos materiais na CME, todas as peças passaram a ser lavadas, e não apenas efetuada a limpeza parcial dos instrumentais utilizados em cirurgia. Foram processadas no período de Novembro de 2011 a Abril de 2012, 1.200 caixas da Oftalmologia com uma média de 4.000 peças por mês. Com a mudança da área física, a atribuição da responsabilidade técnica para o enfermeiro da CME e a padronização no processamento dos instrumentais, houve maior controle na limpeza e esterilização agregando segurança ao processo.

Palavras-chaves

Central de Material Esterilizado. Limpeza. Oftalmologia

¹ E-mail: fernandamorgon@gmail.com

IV SIMTEC — Centro de Convenções — UNICAMP, Campinas, SP - 6 a 7 de Novembro de 2012
Tema central: “Conhecimento e experiência: reconhecendo fronteiras e construindo pontes”.